Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu

Warszawa, 2 sierpnia 2011 r.

DBA-2/240-34/2011

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy Części XII Wytrząsarka laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę laboratoryjną z możliwością wyboru ruchu wytrząsania kołowym lub posuwisto-zwrotnym o parametrach zgodnych z SIWZ ale o amplitudzie wytrząsania 26mm?

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie informuje, iż dopuszcza wytrząsarkę laboratoryjną o parametrach zgodnych z SIWZ i o amplitudzie wytrząsania 26 mm.

Pytanie nr 2

Dotyczy Części XVI Zestaw do oznaczania tłuszczu metodą Gerbera

Czy Zamawiający dopuści wirówkę do tłuszczomierzy o parametrach zgodnych z SIWZ ale o stałej prędkości wirowania 1350 obr/min?

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie informuje, iż dopuszcza wirówkę do tłuszczomierzy o parametrach zgodnych z SIWZ i o stałej prędkości wirowania 1350 obr/min.

Pytanie nr 3

Dotyczy Części VII Waga analityczna

Czy Zamawiający dopuści wagę ze średnicą szalki fi 90 mm??

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie informuje, iż dopuszcza wagę ze średnicą szalki fi 90 mm.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Części XV Konduktometr

Czy Zamawiający pisząc zakres pomiarowy 0,0 µS/cm do 500 µS/cm nie popełnił pomyłki pisarskiej? Według naszej wiedzy wyspecyfikowane urządzenie posiada zakres pomiarowy 0,0 µS/cm do 500 mS/cm.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż prawidłowy zakres pomiarowy wynosi 0,0 µS/cm do 500 mS/cm.

Pytanie Nr 5
Dotyczy zapisów umowy
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§ 7 ust. 1) na: „W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z realizacji zamówionej dostawy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, naliczana będzie kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy". Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia , zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy wymaganiach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 6
Dotyczy zapisów umowy
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§ 7 ust. 5) na: „Za opóźnienie w dokonaniu naprawy urzadzenia lub dostarczeniu urządzenia zastępczego albo podzespołu wolnego od wad w zakresie gwarancyjnym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto za uszkodzony sprzęt za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% tej ceny

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy wymaganiach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 7
Dotyczy Części XIII Płuczka automatyczna do czytnika mikropłytek ELISA
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy brytyjskiej płuczki o następujących parametrach:
-możliwość płukania płytek płaskodennych, ViU kształtnych płytek,
- głowica płucząca 8 – kanałowa z drugą głowicą w zestawie – 12 kanałowa,
- możliwość płukania całych płytek lub wybranych rzędów,
- możliwość zaprogramowania do 50 protokołów,
- błąd precyzji CV<2%,
- pozostałość po płukaniu - <ul,
- zakres płukania 50-3000 ul,
- port RS 232,
- automatyczne wykrywanie przepełnienia zbiornika ze zlewkami,
- wyświetlacz LCD

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy wymaganiach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 8
Dotyczy: części I - Urządzenie do oczyszczania wody techniką demineralizacji - dejonizator

Czy Zamawiający dopuści 1 filtr wstępny i jonowymienny zapewniający wyprodukowanie 10 000 - 15 000 l wody zamiast 2 filtrów wstępnych i 2 jonowymiennych do wyprodukowania 4 500 l wody każdy?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy wymaganiach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 5 sierpnia 2011 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 5 sierpnia 2011 r. godz. 10:15.

Małgorzata Intze

Zastępująca Dyrektora
Generalnego Urzędu