Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uokik.gov.pl

Warszawa: Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego wraz z przystosowaniem do montażu dygestorium pomieszczenia laboratoryjnego w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach

Numer ogłoszenia: 11609 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5560129, faks 022 8270843.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego wraz z przystosowaniem do montażu dygestorium pomieszczenia laboratoryjnego w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego wraz z przystosowaniem do montażu dygestorium pomieszczenia laboratoryjnego w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 1. Roboty budowlano-remontowe przystosowujące pomieszczenie laboratoryjne do montażu dygestorium: - Rozbiórka i demontaż istniejącego dygestorium (zamontowanego na stałe, trwale złączonego z podłożem i ścianami) o wymiarach ok. długość 270 cm, głębokość 90 cm, wysokość 280 cm, W zakres prac rozbiórkowych wchodzą : a. wycięcie metalowych elementów konstrukcyjnych, b. rozbicie betonowych

elementów nośnych, c. wywóz gruzu i zbitych tynków, d. wywóz i neutralizacja zdemontowanych elementów. - Uzupełnienie tynków ok. 6 m2, - Prace malarskie ok.16 m2, - Uzupełnienie płytek podłogowych w miejscu obecnie zamontowanego dygestorium (powierzchnia ok. 280 x 100 cm) - ok. 4 m2, - Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej pod nowe dygestorium, - Przygotowanie układu wentylacji do istniejącego kanału kominowego. - Wykonawca wszystkie prace wykonuje z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 2. Dostarczenie z montażem i podłączeniem do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego dygestorium chemoodpornego spełniającego poniżej wymienione warunki: - Długość 2600 mm, głębokość od 850 do 900 mm, - Wysokość całkowita 2800 mm (łącznie z otwartym oknem), - Wysokość robocza (położenie blatu nad podłogą) 900 mm, - Komora robocza dwukomorowa o jednym wspólnym blacie, tylna ściana od wewnątrz wyłożona litą ceramiką techniczną, - W jednej komorze na tylnej ścianie zamocowana kratownica montażowa, - Wentylowanie komory dygestorium przez system podwójnej tylnej ściany, - Spełniające wymagania normy PN-EN 14175-2, potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą. - Dygestorium wyposażone w podwójne okno, w środkowej zewnętrznej części stelaż łączący podwójną konstrukcję, - Okna przesuwne z systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym spadkiem okien, pozwalający na ustawieniu okien w dowolnym położeniu - Blat komory chemoodporny wykonany z litej ceramiki technicznej z podniesionym dookoła obrzeżem, - Pod blatem dygestorium 4 x szafki (dwie boczne jednodrzwiowe bez półki węższe, środkowe dwudrzwiowe szersze z półką) na kwasy i zasady z wentylacją, wyłożone w całości chemoodpornym polipropylenem z uchwytami metalowymi i zamkiem patentowym, - 6 x gniazda elektryczne 230V, - sterowanie oświetlenia komory, - instalacja elektryczna z zerowaniem 230V, - 4 x ujęcia wody z możliwością podłączenia pompki próżniowej, - 2 x zlewiki ze spieku ceramicznego z syfonem, - Wentylator promieniowy montowany na dachu dygestorium o wydajności 800-1200m3/h (nie ma możliwości zamontowania wentylatora na wylocie kanału kominowego), - Czujnik przepływu z n/w funkcjami: a. kontrolą wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej lub wartości zbyt wysokiej, b. alarmem zbyt wysoko podniesionego okna, c. wskazaniem bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, d. funkcją ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi, e. sondą termiczną wskazującą przekroczenie temperatury w kanale wentylacyjnym powyżej 50 stopni C. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości w terminie 8 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego. Planowany termin udostępnienia pomieszczenia Wykonawcy to 4 marzec 2013 r. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Laboratorium Kontrolno-Analityczne w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, parter. Wykonawca musi zapewnić na dostarczone i zamontowane dygestorium laboratoryjne oraz wykonane prace remontowo-budowlane gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający bezwzględnie zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem faktycznym oraz zakresem i specyfiką prac. Wykonawca, który nie przeprowadzi wizji lokalnej, a zostanie wybrany do realizacji zamówienia nie

będzie mógł zgłaszać żadnych roszczeń wynikających z ewentualnego niewłaściwego określenia zakresu prac i ceny oferty. Termin wizji ustala się na dzień 29 stycznia 2013 r. godz. 12:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w budynku. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 28 stycznia 2013 r. przesłać faksem na nr (22) 826 20 30 wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostarczeniu i montażu dygestorium laboratoryjnego o długości minimum 2800 mm i o wartości co najmniej 25 000,00 zł. brutto; Wykonawca musi potwierdzić należyte wykonanie tych zamówień (dokumenty te winny być wystawione przez Zamawiającego lub odbiorcę usługi).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

  Wypełniony Opis oferowanego dygestorium - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy. Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: a) osoby uprawnionej do kontaktu lub podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana dokonana

zostanie w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznie obiektywnych, które uniemożliwiać będą konkretnej osobie wskazanej w umowie do realizacji jej postanowień, np.: rozwiązanie umowy o pracę, choroba, śmierć pracownika, utrata uprawnień, itp., b) stawki podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia, Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, pokój 415.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kancelaria pokój 116, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uokik.gov.pl

Warszawa: Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego wraz z przystosowaniem do montażu dygestorium pomieszczenia laboratoryjnego w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach

Numer ogłoszenia: 11609 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5560129, faks 022 8270843.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego wraz z przystosowaniem do montażu dygestorium pomieszczenia laboratoryjnego w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż dygestorium z podłączeniem go do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego wraz z przystosowaniem do montażu dygestorium pomieszczenia laboratoryjnego w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Katowicach. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 1. Roboty budowlano-remontowe przystosowujące pomieszczenie laboratoryjne do montażu dygestorium: - Rozbiórka i demontaż istniejącego dygestorium (zamontowanego na stałe, trwale złączonego z podłożem i ścianami) o wymiarach ok. długość 270 cm, głębokość 90 cm, wysokość 280 cm, W zakres prac rozbiórkowych wchodzą : a. wycięcie metalowych elementów konstrukcyjnych, b. rozbicie betonowych

elementów nośnych, c. wywóz gruzu i zbitych tynków, d. wywóz i neutralizacja zdemontowanych elementów. - Uzupełnienie tynków ok. 6 m2, - Prace malarskie ok.16 m2, - Uzupełnienie płytek podłogowych w miejscu obecnie zamontowanego dygestorium (powierzchnia ok. 280 x 100 cm) - ok. 4 m2, - Wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej pod nowe dygestorium, - Przygotowanie układu wentylacji do istniejącego kanału kominowego. - Wykonawca wszystkie prace wykonuje z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu. 2. Dostarczenie z montażem i podłączeniem do istniejącego kanału wyciągowo-kominowego dygestorium chemoodpornego spełniającego poniżej wymienione warunki: - Długość 2600 mm, głębokość od 850 do 900 mm, - Wysokość całkowita 2800 mm (łącznie z otwartym oknem), - Wysokość robocza (położenie blatu nad podłogą) 900 mm, - Komora robocza dwukomorowa o jednym wspólnym blacie, tylna ściana od wewnątrz wyłożona litą ceramiką techniczną, - W jednej komorze na tylnej ścianie zamocowana kratownica montażowa, - Wentylowanie komory dygestorium przez system podwójnej tylnej ściany, - Spełniające wymagania normy PN-EN 14175-2, potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą. - Dygestorium wyposażone w podwójne okno, w środkowej zewnętrznej części stelaż łączący podwójną konstrukcję, - Okna przesuwne z systemem zabezpieczającym przed niekontrolowanym spadkiem okien, pozwalający na ustawieniu okien w dowolnym położeniu - Blat komory chemoodporny wykonany z litej ceramiki technicznej z podniesionym dookoła obrzeżem, - Pod blatem dygestorium 4 x szafki (dwie boczne jednodrzwiowe bez półki węższe, środkowe dwudrzwiowe szersze z półką) na kwasy i zasady z wentylacją, wyłożone w całości chemoodpornym polipropylenem z uchwytami metalowymi i zamkiem patentowym, - 6 x gniazda elektryczne 230V, - sterowanie oświetlenia komory, - instalacja elektryczna z zerowaniem 230V, - 4 x ujęcia wody z możliwością podłączenia pompki próżniowej, - 2 x zlewiki ze spieku ceramicznego z syfonem, - Wentylator promieniowy montowany na dachu dygestorium o wydajności 800-1200m3/h (nie ma możliwości zamontowania wentylatora na wylocie kanału kominowego), - Czujnik przepływu z n/w funkcjami: a. kontrolą wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej lub wartości zbyt wysokiej, b. alarmem zbyt wysoko podniesionego okna, c. wskazaniem bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, d. funkcją ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi, e. sondą termiczną wskazującą przekroczenie temperatury w kanale wentylacyjnym powyżej 50 stopni C. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości w terminie 8 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczenia przez Zamawiającego. Planowany termin udostępnienia pomieszczenia Wykonawcy to 4 marzec 2013 r. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Laboratorium Kontrolno-Analityczne w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, parter. Wykonawca musi zapewnić na dostarczone i zamontowane dygestorium laboratoryjne oraz wykonane prace remontowo-budowlane gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający bezwzględnie zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem faktycznym oraz zakresem i specyfiką prac. Wykonawca, który nie przeprowadzi wizji lokalnej, a zostanie wybrany do realizacji zamówienia nie

będzie mógł zgłaszać żadnych roszczeń wynikających z ewentualnego niewłaściwego określenia zakresu prac i ceny oferty. Termin wizji ustala się na dzień 29 stycznia 2013 r. godz. 12:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w budynku. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 28 stycznia 2013 r. przesłać faksem na nr (22) 826 20 30 wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które mają wziąć udział w wizji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostarczeniu i montażu dygestorium laboratoryjnego o długości minimum 2800 mm i o wartości co najmniej 25 000,00 zł. brutto; Wykonawca musi potwierdzić należyte wykonanie tych zamówień (dokumenty te winny być wystawione przez Zamawiającego lub odbiorcę usługi).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

  Wypełniony Opis oferowanego dygestorium - Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór Wykonawcy. Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: a) osoby uprawnionej do kontaktu lub podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana dokonana

zostanie w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznie obiektywnych, które uniemożliwiać będą konkretnej osobie wskazanej w umowie do realizacji jej postanowień, np.: rozwiązanie umowy o pracę, choroba, śmierć pracownika, utrata uprawnień, itp., b) stawki podatku VAT, zgodnie w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu Wykonawcy. Zmiana dokonana zostanie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie rozliczeń podatkowych i obowiązujących stawek podatku VAT mających związek z niniejszym przedmiotem zamówienia, Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, pokój 415.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kancelaria pokój 116, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie