Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

DBA-2/240-22/2013 Warszawa, 22 maja 2013 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2013 r. informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 – dotyczy Części XII
Czy Zamawiający celem zapewnienia właściwej aparatowi wydajności wymaga aby urządzenie wyposażone było w kompatybilną jednostkę do równoległego zatężania rozpuszczalnika o liczbie stanowisk nie mniejszej niż w bloku grzewczym ekstraktora oraz wyposażony był w blok grzewczy min. 4 stanowiskowy, pozwalający na prowadzenie ekstrakcji w min. 4 celach ekstrakcyjnych ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wymaga bloku grzewczego 4-stanowiskowego, wymaganiem minimalnym jest układ 2-stanowiskowy.

Pytanie 2 – dotyczy Części XII
Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja urządzenia umożliwiała przeprowadzenie ekstrakcji w minimum 4 celach ekstrakcyjnych jednocześnie (równolegle) w tym samym czasie, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, co skraca czas ekstrakcji serii np. 4 prób do około 20-30 minut zamiast prowadzenia ekstrakcji metodą sekwencyjną dla 4 prób trwającą około 2 godzin ? Pozwala to w znaczący sposób zaoszczędzić czas pracy operatora i w podanym przykładzie 4-krotnie skrócić czas analizy serii prób.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3 – dotyczy Części XII
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym możliwe jest prowadzenie procesu ekstrakcji ze zredukowaną ilością rozpuszczalników organicznych w celach ekstrakcyjnych o pojemnościach 10, 20 i 40 ml, wykonanych z właściwych stopów metali odpornych na pracę z roztworami kwaśnymi i zasadowymi ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuści urządzenie o wskazanych pojemnościach.

Pytanie 4 – dotyczy Części XII
Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie, w którym nie ma konieczności wyposażenia aparatu w czujnik IR poziomu ekstraktu w odbieralnikach poprzez właściwą konfigurację parametrów pracy ? W proponowanym rozwiązaniu maksymalna, dopuszczalna ilość uzyskanego ekstraktu jest obliczana na podstawie maksymalnego zużycia rozpuszczalników podczas procesu ekstrakcji przez wewnętrzne oprogramowanie sterujące

ekstraktora i porównywane z objętością zainstalowanych w aparacie odbieralników. W przypadku niezgodności aparat nie dopuści do przeprowadzenia procesu ekstrakcji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuści urządzenie bez konieczności wyposażenia w czujnik IR poziomu ekstraktu w odbieralnikach poprzez właściwą konfigurację parametrów pracy.

Pytanie 5 – dotyczy Części XII
Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w pompę generującą przepływ na poziomie 0.01-50 ml/min, co w przypadku objętości cel ekstrakcyjnych np. 10 i 20 ml daje opóźnienie ich napełnienia i przepływu przez nie w stosunku do pompy o wymaganym w SIWZ przepływie o około 3 sekundy, co z kolei w przypadku ekstrakcji równoległej nie ma znaczącego wpływu na długość procesu ekstrakcji ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuści sprzęt o wskazanych parametrach.

Pytanie 6 – dotyczy Części XII
Czy zamawiający dopuści aparat, który nie jest wyposażony w czujnik węglowodorów ale swoją konstrukcją zapewnia bezpieczeństwo użytkownika i urządzenia ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuści sprzęt o oferowanych parametrach.

Pytanie 7 – dotyczy Części XII
Czy zamawiający dopuści w wyposażeniu dodatkowym 6 szt. cel o poj. 40 ml ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuści sprzęt o oferowanych parametrach.

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia dla **Części XII – szybkiego ekstraktora próbek – Załącznik Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego sprzętu).**
Minimalne wymagania Zamawiającego otrzymują brzmienie:

Część XII. Szybki ekstraktor próbek – 1 zestaw

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
Nazwa: Szybki ekstraktor próbek	
Charakterystyka: **Ekstraktor zapewniający:** • szybką ekstrakcję (do 25 min) tłuszczów i innych związków organicznych z próbek stałych i półstałych prowadzoną na co najmniej dwóch stanowiskach równocześnie oraz system zatężający rozpuszczalnik po ekstrakcji; • sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem i klawiaturą; • wbudowaną pamięć aparatu do przechowywania tworzonych metod ekstrakcyjnych oraz posiadającą zaprogramowane gotowe metody producenta przynajmniej dla 9 różnych aplikacji, w tym co najmniej jedna dla ekstrakcji tłuszczy; • pracę z metodami ekstrakcyjnymi wykorzystującymi rozpuszczalniki organiczne i wodne; • linię rozpuszczalnikową aparatu odporną na wysokie i niskie pH,	

• zbierania ekstraktu do odbieralników o objętości od 60 do 240 ml ; • stosowanie cel ekstrakcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej o pojemnościach od 10 do 120 ml; • możliwość prowadzenia ekstrakcji w zakresie temperatur co najmniej od temperatury pokojowej do 200 °C; • ciśnienie robocze ekstraktora: co najmniej 100 bar, • system zapewniający dobór właściwych pojemności w odbieralnikach dla danej metody ekstrakcji; • automatyczne filtrowanie otrzymanego ekstraktu; • czujniki kontrolujące wartości ciśnienia i temperatury, zapewniające bezpieczeństwo pracy; • pompę generującą przepływy co najmniej do 50 ml/min. ; • układ roboczy wyposażony w co najmniej trzy kluczowe zawory: zawór typu „purge”, zawór zwalniający ciśnienie oraz zawór statyczny; • posiadanie znaku CE bezpieczeństwa użytkowania; • materiały niezbędne do instalacji i rozruchu ekstraktora: uszczelki do cel wykonane z PEEK – 10 szt. , uszczelki O-ring do cel wykonane z teflonu - 10 szt. , filtry celulozowe - 100 szt. , odbieralniki z septami, o pojemności 60 ml - 72 szt., ziemia okrzemkowa – 1 kg; wyposażenie dodatkowe: • cele ekstrakcyjne wykonane ze stali nierdzewnej (kompletne z pełnym systemem uszczelnień wewnętrznych, w ilościach zapewniających pracę na wszystkich stanowiskach równocześnie dla każdej dostępnej objetości	
Ilość – 1 zestaw	
Warunki realizacji zamówienia: - urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, - termin dostawy – nie później niż 8 tygodni po podpisaniu umowy, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wykonawca musi zainstalować wyposażenie oraz przeszkolić personel z jego obsługi (szkolenie minimum 8 godzin)	
Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji.	
Gwarancja: minimum 24 miesiące.	
Przeznaczenie i dostawa: Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.	

Powyższe wyjaśnienia stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2013 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 11 czerwca 2013 r. godz. 10:30.

Dyrektor Generalny UOKiK

Monika Bronkau Ługowska