Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167947-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2013/S 099-167947

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, Osoba do kontaktów: Artur Krówka, Małgorzata Tomczak, Warszawa00-950, POLSKA.
Tel.: +48 225560129. Faks: +48 228270843. E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2013, 2013/S 78-131234)

Przedmiot zamówienia:
CPV:38000000, 42912330, 38432200, 38412000, 38510000, 42943000, 38310000, 42931100, 38436500, 38432210
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Aparatura do oczyszczania wody
Chromatografy
Termometry
Mikroskopy
Łaźnie termostatyczne i akcesoria
Wagi precyzyjne
Wirówki laboratoryjne i akcesoria
Mieszadła mechaniczne
Chromatografy gazowe
Zamiast:

Informacje o częściach zamówienia - Część nr 12 - Nazwa: Część XII - szybki ekstraktor próbek - 1 zestaw
Ekstraktor zapewniający:
szybką ekstrakcję (do 25 min) tłuszczów i innych związków organicznych z próbek stałych i półstałych;
sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem i klawiaturą;
wbudowaną pamięć aparatu do przechowywania tworzonych metod ekstrakcyjnych oraz posiadającą zaprogramowane gotowe metody producenta przynajmniej dla 9 różnych aplikacji, w tym co najmniej jedna dla ekstrakcji tłuszczy;
pracę z metodami ekstrakcyjnymi wykorzystującymi rozpuszczalniki organiczne i wodne;
linię rozpuszczalnikową aparatu odporną na wysokie i niskie pH;
zbierania ekstraktu do odbieralników o objętości 60 ml i 250 ml;
stosowanie cel ekstrakcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej
o pojemnościach: 1, 5, 10, 22, 34, 66 oraz 100 ml;
pracę z celami ekstrakcyjnymi wykonanymi ze stopów metali
odpornych na roztwory kwaśne i zasadowe (np. cyrkonu) o pojemnościach: 66 i 100 ml;
możliwość prowadzenia ekstrakcji w zakresie temperatur co
najmniej od temperatury pokojowej do 200 °C;
ciśnienie robocze ekstraktora: co najmniej 100 bar;
czujnik IR stwierdzający obecność pojemnika korekcyjnego
(odbieralnika) oraz wykrywający poziom ekstraktu w odbieralniku;
automatyczne filtrowanie otrzymanego ekstraktu;
czujniki kontrolujące wartości ciśnienia i temperatury;

zapewniające bezpieczeństwo pracy;
czujnik wykrywający obecność celi w piecu i rozpoznający
rozmiar celi (pojemność);
pompę generującą przepływy co najmniej do 70 ml/min. ;
układ roboczy wyposażony w co najmniej trzy kluczowe zawory:
zawór typu „purge”, zawór zwalniający ciśnienie oraz zawór
statyczny;
czujnik kontrolujący poziom oparów węglowodorów, alarmujący
o stanie zagrożenia i zapewniający bezpieczeństwo pracy;
materiały niezbędne do instalacji i rozruchu ekstraktora: uszczelki
do cel wykonane z PEEK – 10 szt. , uszczelki O-ring do cel
wykonane z teflonu - 10 szt. , filtry celulozowe - 100 szt. ,
odbieralniki z septami, o pojemności 60 ml - 72 szt., ziemia
okrzemkowa – 1 kg;
wyposażenie dodatkowe:
cele ekstrakcyjne wykonane ze stali nierdzewnej (kompletne z pełnym systemem uszczelnień wewnętrznych o pojemności 1 ml - 1 szt. , 5 ml - 1 szt. i 10 ml - 1 szt.
Pozostałe warunki i zakres realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
03.06.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
03.06.2013 (10:00)

Powinno być:

Informacje o częściach zamówienia - Część nr 12 - Nazwa: Część XII - szybki ekstraktor próbek - 1 zestaw
Ekstraktor zapewniający:
szybką ekstrakcję (do 25 min) tłuszczów i innych związków organicznych z próbek stałych i półstałych prowadzoną na co najmniej dwóch stanowiskach równocześnie oraz system zatężający rozpuszczalnik po ekstrakcji;
sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem i klawiaturą;
wbudowaną pamięć aparatu do przechowywania tworzonych metod ekstrakcyjnych oraz posiadającą zaprogramowane gotowe metody producenta przynajmniej dla 9 różnych aplikacji, w tym co najmniej jedna dla ekstrakcji tłuszczy;
pracę z metodami ekstrakcyjnymi wykorzystującymi rozpuszczalniki organiczne i wodne;
linię rozpuszczalnikową aparatu odporną na wysokie i niskie pH,
zbierania ekstraktu do odbieralników o objętości od 60 do 240 ml ;
stosowanie cel ekstrakcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej o pojemnościach od 10 do 120 ml;
możliwość prowadzenia ekstrakcji w zakresie temperatur co
najmniej od temperatury pokojowej do 200 °C;
ciśnienie robocze ekstraktora: co najmniej 100 bar,
system zapewniający dobór właściwych pojemności w odbieralnikach dla danej metody ekstrakcji;
automatyczne filtrowanie otrzymanego ekstraktu;
czujniki kontrolujące wartości ciśnienia i temperatury,
zapewniające bezpieczeństwo pracy;
pompę generującą przepływy co najmniej do 50 ml/min. ;
układ roboczy wyposażony w co najmniej trzy kluczowe zawory:
zawór typu „purge”, zawór zwalniający ciśnienie oraz zawór
statyczny;

posiadanie znaku CE bezpieczeństwa użytkowania;
materiały niezbędne do instalacji i rozruchu ekstraktora: uszczelki do cel wykonane z PEEK – 10 szt. , uszczelki O-ring do cel wykonane z teflonu - 10 szt. , filtry celulozowe - 100 szt. , odbieralniki z septami, o pojemności 60 ml - 72 szt., ziemia okrzemkowa – 1 kg;
wyposażenie dodatkowe:
cele ekstrakcyjne wykonane ze stali nierdzewnej (kompletne z pełnym systemem uszczelnień wewnętrznych, w ilościach zapewniających pracę na wszystkich stanowiskach równocześnie dla każdej dostępnej objętości.
Pozostałe warunki i zakres realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
11.06.2013 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
11.06.2013 (10:00)