Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

DBA-2/240-22/2014 Warszawa, 27 czerwca 2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 – dotyczy części IX
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach 420 x 290 x 540 mm (szerokość x głębokość x wysokość)?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wymiarach nie większych niż 420 x 400 x 600 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Pytanie 2 – dotyczy części VI
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które nie posiada sygnalizacji dźwiękowej alarmów?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2014 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 10 lipca 2014 r. godz. 10:30.

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak