Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau - Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

DBA-2/240-25/2014 Warszawa, 17 lipca 2014 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „na dostawę, montaż, posadowienie i podłączenie do istniejących instalacji: wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej, silnika Waukesha do oznaczania liczb oktanowych LOB i LOM (RON i MON) benzyny (odporności na spalania stukowe) według wymagań norm PN-EN ISO 5163 i PN-EN ISO 5164" informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1
W SIWZ podano, że Zamawiający wymaga na silnik minimum 24 miesięcy gwarancji.
Warunki producenta to gwarancja 15 miesięcy od daty dostawy, maksymalnie 12 miesięcy od daty uruchomienia.
Prosimy o zmianę w zapisach SIWZ wymaganych warunków gwarancji na warunki producenta (zgodnie z naszymi wcześniejszymi ofertami) tak aby można było złożyć ważną ofertę.
Przedłużana gwarancja do 24 miesięcy może wiązać się z dodatkowym kosztem rzędu kilku procent wartości silnika i wymaga uzyskania zgody producenta której w tej chwili nie mamy.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż zmienia warunek realizacji zamówienia dotyczący minimalnego okresu gwarancji.
Dotychczasowy wymóg dotyczący okresu gwarancji, jakiej Wykonawca winien udzielić na dostarczony i zamontowany silnik zostaje zastąpiony następującym wymogiem: Gwarancja - minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wprowadza stosowne zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiednio w Załączniku Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). oraz Załączniku Nr 7 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

Zmiana w Załączniku Nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):
Dotychczasowy zapis zamieszczony w tabeli w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego" w wierszu dotyczącym okresu gwarancji otrzymuje brzmienie „**Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru".** Załącznik Nr 1 do SIWZ uwzględniający zmianę w załączeniu do niniejszego pisma.

Zmiana w Załączniku Nr 7 (Istotne postanowienia umowy):
Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1 Istotnych postanowień umowy zostaje zastąpiony zapisem **„Wykonawca udziela na silnik ….. miesięcznej gwarancji, zgodnie z ofertą Wykonawcy."**

Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak nieprowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. **Ponieważ powyższa zmiana nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2014 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 24 lipca 2014 r. godz. 10:30.**

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu

Małgorzata Tomczak

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Silnik Waukesha do oznaczania liczby oktanowej badawczej i motorowej

Minimalne wymagania Zamawiającego	**Dane techniczne oferowanego sprzętu**
Silnik Waukesha do oznaczania liczb oktanowych LOB i LOM (RON i MON) benzyny (odporności na spalania stukowe) według wymagań norm PN-EN ISO 5163 i PN-EN ISO 5164 wraz z dostarczeniem**:** • standardowego zestawu narzędzi (w szczególności: klucze: oczkowe, płaskie imbusowe w ilości umożliwiającej montaż i demontaż każdego rodzaju śrub, nakrętek wchodzących w skład silnika) • manometru do ustawienia wysokości cylindra w zakresie od 0-300 psi, • zestawu części eksploatacyjnych na 1 rok (uszczelki do układu chłodniczego-2szt., nakrętki do kolektora – 4szt., uszczelka pod głowicę-1szt., uszczelki pod biurety do zbiorniczków paliw-8szt., uszczelki do układu wydechowego-2szt., uszczelki między gaźnik a cylinder –2szt.), • raportu producenta z testu silnika, • certyfikowanych materiałów odniesienia do sprawdzenia na miejscu w laboratorium poprawności pomiarów silnika w przedziałach: od 80 do 95 dla liczby motorowej i od 90-100 dla liczby badawczej.	
Ilość – 1 sztuka	
Warunki realizacji zamówienia: - urządzenie fabrycznie nowe, kompletne,	

Minimalne wymagania Zamawiającego	Dane techniczne oferowanego sprzętu
- termin dostawy, montażu, posadowienia i podłączenia do istniejących instalacji oraz przeszkolenia pracowników z obsługi urządzenia **nie później niż do 15 listopada 2014 r.,** - instrukcja obsługi w języku polskim, - wykonawca musi uruchomić silnik tj. zapewnić jego montaż, posadowienie i podłączenie do istniejących instalacji: wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej, - przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia, - szkolenie z obsługi urządzenia dla 3 pracowników Laboratorium minimum 16 godzin, - odbiór silnika nastąpi po sprawdzeniu w laboratorium prawidłowości pomiaru z użyciem certyfikowanych materiałów odniesienia dla obu liczb oktanowych.	
Serwis po sprzedaży: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	
Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru	
Przeznaczenie i dostawa: Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz	