Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 4 listopada 2015 r.

DBA-2/240-55/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na **dostawę chromatografu cieczowego z detektorem RID do Specjalistycznego Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy** wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytania

Czy Zamawiający dopuszcza detektor RID, który ze względu na swoją specyficzną konstrukcję nie posiada sprawdzania dokładności długości fali przy użyciu wbudowanego filtru? Brak takiej funkcji nie wpływa na możliwości analityczne przedmiotowego detektora?

oraz

Czy zamawiający zgodzi się dopuścić detektor współczynnika załamania światła bez wbudowanego filtru do sprawdzania dokładności długości fali?

W opisie detektora współczynnika załamania światła pojawił się prawdopodobnie błąd, mianowicie zapis „sprawdzanie dokładności długości fali przy użyciu wbudowanego filtru" odnosi się do detektorów UV-VIS mierzących przy określonej długości fali. W przypadku detektora załamania światła, mierzy się załamanie wiązki światła bez wyróżniania poszczególnych długości fali, tak więc stosowanie takiego filtra nie miało by sensu.

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w Załączniku Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia polegającej **na usunięciu w całości zapisu** umieszczonego w kolumnie „minimalne wymagania zamawiającego" w punkcie określającym charakterystykę detektora współczynnika załamania światła tiret 5 w brzmieniu **„sprawdzenie dokładności długości fali przy użyciu wbudowanego filtru".**

Powyższa odpowiedź stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia **10 listopada 2015 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert 10 listopada 2015 r. godz. 12:30.**

Małgorzata Tomczak

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu